

## Front

<p><b>WITNESS®</b></p> <p><b>CANINE HEARTWORM ANTIGEN TEST KIT</b></p> <p><b>WITNESS   Heartworm</b> <b>ENGLISH</b></p> <p><b>I. GENERAL INFORMATION</b></p> <p>WITNESS® Heartworm detects the canine antigen D. immitis in the blood. The test is recommended for use when clinical or laboratory signs suggest heartworm disease or where a rapid verification of heartworm infection is required.</p> <p><b>II. PRINCIPLE OF THE TEST</b></p> <p>WITNESS® Heartworm is a simple test based on Rapid Immunno Migratiom (RIM™) technology, which detects the presence of adult D. immitis antigens in dog or blood. Sera and plasma samples containing heartworm antigens present in the sample (whole blood, serum or plasma) migrate along a membrane.</p> <p>The complex is captured on a sensitized reaction zone where its accumulation causes the formation of a visible red band.</p> <p>A control band located at the end of the reading window (3) ensures that the test was performed correctly.</p> <p><b>III. SAMPLE COLLECTION</b></p> <p>The test can be performed on undiluted whole blood anticoagulated with EDTA or heparin, serum, or plasma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always collect samples with a sterile needle and syringe.</li> <li>• Hematology does not significantly interfere with the test, but strongly hemolyzed samples may result in a weak positive band.</li> </ul> <p><b>IV. SAMPLE PREPARATION</b></p> <p>Anticoagulated whole blood samples should preferably be tested immediately after collection but not longer than 4 hours.</p> <p>If testing is further delayed, samples should be refrigerated (up to 7 days at 2°C to 8°C). For long term storage, samples (serum and plasma only) should be frozen (-20°C or colder).</p> <p><b>V. KIT CONTENTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 test kits, each containing 1 test device and desiccant.</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> <li>• 1 saline Buffer dropper bottle (5.0 mL).</li> <li>• Instructions for use.</li> </ul> <p><b>VI. PRE-TEST PROCEDURE</b></p> <p>Do not use this kit if any of its components after the expiration date.</p> <p>Important: Allow the sample and buffer drops to fall onto the membrane in the sample window. Do not touch pipette tip, buffer bottle tip, the sample or buffer drops directly to the membrane.</p> <p><b>SAMPLE APPLICATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the test device and place the test device on a flat horizontal surface.</li> <li>• Holding the pipette vertically, add one drop of sample to the test well.</li> </ul> <p><b>2. BUFFER DROPPING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the sample has fully absorbed into the membrane.</li> <li>• Remove the cap from the buffer bottle, hold it vertically and add two drops of sample to the test well.</li> <li>• Wait for 10 minutes for the migration of complex/hemagglutinate complex through the reading window.</li> </ul> <p><b>3. READING TEST</b></p> <p>After 10 minutes, observe the presence or absence of pinkish bands in the reading windows (2) and (3).</p> <p><b>Notes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It is possible to read the test before 10 minutes if four pinkish bands are visible in the reading windows (2) and (3).</li> <li>• The presence of only one band in reading window (2) prior to the end of the development time (10 minutes), does not mean that the test is negative. A second band may appear later than the control band.</li> </ul> <p><b>VII. VALIDATION</b></p> <p>Valid tests:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test is valid if a pinkish band is present in reading window (3).</li> <li>• Interpretation of results:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positive: one band in reading window (2), with one band in window (3) positive for HW antigen.</li> <li>• Negative: No band in reading window (2), with one band in window (3) negative for HW antigen.</li> </ul> <p><b>Invalid test:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invalid test: no band in window (3).</li> <li>• Notes:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A test result should always be interpreted in the context of all available clinical information and history for the dog or cat being tested. False testing negative for heartworm antigen may benefit from other diagnostic methods, including radiographic analysis.</li> </ul> <p><b>SYNOPSIS DESCRIPTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use by date (expiration date) <b>EOREP</b> Authorized Representative in the European Community</li> <li>• LOT# Batch Code <b>EU</b> Consult instructions for use</li> <li>• SN Serial Number <b>IVD</b> In vitro Diagnostics</li> <li>• Temperature Limitations/Storage Temperature range <b>EU</b> Manufacturer</li> </ul> <p><b>zoetis</b></p> <p>Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007 USA Toll-Free: 1-800-520-2028 1-888-953-8471 <a href="http://www.zoetis.com">www.zoetis.com</a> ICP/CE ZOE/FR ZOE/FRANCE 23 Rue Pierre Gilles de Gennes, 69007 Lyon, FRANCE</p> </ul></ul>	<p><b>TROSSE DE DÉPISTAGE DES ANTIGÈNES DE DIROFILARIA IMMITS CHEZ LE CHIEN</b></p> <p><b>WITNESS   Heartworm</b> <b>FRANÇAIS</b></p> <p><b>I. INFORMATION GÉNÉRALE</b></p> <p>Le test WITNESS® Heartworm détecte l'antigène adulte D. immitis dans le sang ou dans la salive. Le test est recommandé pour les cas cliniques où il existe des symptômes de maladie ou lorsque l'infestation par les larves de filaire est suspectée.</p> <p><b>II. PRINCIPE DE LA MÉTHODE</b></p> <p>WITNESS® Heartworm est un test simple basé sur la technologie de l'immuno-migration rapide (RIM™), qui détecte la présence d'adultes D. immitis antigéniques dans le sang ou la salive. Les échantillons sanguins et plasmatiques contenant les antigéniques de la filaire adulte présents dans le échantillon (sang entier, sérum ou plasma) migrent le long d'une membrane.</p> <p>Le complexe est capturé sur une zone de réaction sensible où son accumulation provoque la formation d'un ruban rouge visible.</p> <p>Une bande rouge stable à l'extrémité de la fenêtre de lecture (3) indique que le test a été réalisé correctement.</p> <p><b>III. RECUEIL D'ÉCHANTILLONS</b></p> <p>Le test peut être réalisé sur un échantillon de sang total anticoagulé à l'EDTA ou à l'héparine, ou sur un échantillon de sérum ou de plasma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulle interaction connue avec les médicaments.</li> <li>• L'hémolyse n'a pas d'interférence significative avec le test, mais un échantillon fortement hémolysé risque de donner un résultat faiblement positif.</li> </ul> <p><b>IV. CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS</b></p> <p>Conservez à température ambiante. Les échantillons de sang total anticoagulé doivent être analysés, de préférence immédiatement après leur prise, ou au moins dans les 4 heures qui suivent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au-delà de 4 heures, l'échantillon doit être conservé à -20°C ou plus froid.</li> <li>• Pour une conservation plus longue, faire le congélation immédiate (au moins 7 jours entre 2°C et 10°C).</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> </ul> <p><b>V. COMPOSITION DU KIT</b></p> <p>Le kit contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dispositifs de test.</li> <li>• 1 flacon de tampon contenant du liquide de test et du produit désherbant.</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> <li>• Instructions pour l'utilisation.</li> </ul> <p><b>VI. PRÉCAUTIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser ce test sur un échantillon de sang total anticoagulé à l'EDTA ou à l'héparine, ou sur un échantillon de sérum ou de plasma.</li> <li>• Utiliser un pipette pour prélever les échantillons.</li> <li>• Ne pas utiliser ce test si l'échantillon est trop hémolysé.</li> <li>• Utilisez un tampon stérile pour prélever les échantillons.</li> <li>• Saler le tampon avec du sodium azote.</li> <li>• Pas de test sur saliva.</li> </ul> <p><b>VI. TEST POSITIF</b></p> <p>Important: Allow the sample and buffer drops to fall onto the membrane in the sample window. Do not touch pipette tip, buffer bottle tip, the sample or buffer drops directly to the membrane.</p> <p><b>SAMPLE APPLICATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez le dispositif et placez-le sur une surface horizontale plane.</li> <li>• Holding the pipette vertically, add one drop of sample to the test well.</li> </ul> <p><b>2. BUFFER DROPPING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the sample has fully absorbed into the membrane.</li> <li>• Remove the cap from the buffer bottle, hold it vertically and add two drops of sample to the test well.</li> <li>• Wait for 10 minutes for the migration of complex/hemagglutinate complex through the reading window.</li> </ul> <p><b>3. READING TEST</b></p> <p>After 10 minutes, observe the presence or absence of pinkish bands in the reading windows (2) and (3).</p> <p><b>Notes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de lire le test avant les 10 minutes si 4 bandes roses sont visibles dans les deux fenêtres de lecture (2) et (3).</li> <li>• La présence d'une seule bande dans la fenêtre de lecture (2) ne signifie pas qu'il s'agit d'un résultat négatif.</li> </ul> <p><b>VII. VALIDATION</b></p> <p>Test valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test valide si une bande rose est présente dans la fenêtre de lecture (3).</li> <li>• Interprétation des résultats:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positif: une bande dans la fenêtre de lecture (2), une bande dans la fenêtre de lecture (3) positive pour les antigènes de la filaire.</li> <li>• Négatif: pas de bande dans la fenêtre de lecture (2), une bande dans la fenêtre de lecture (3) négative pour les antigènes de la filaire.</li> </ul> <p><b>INVALID TEST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invalid test: no band in window (3).</li> <li>• Notes:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A test result should always be interpreted in the context of all available clinical information and history for the dog or cat being tested. False testing negative for heartworm antigen may benefit from other diagnostic methods, including radiographic analysis.</li> </ul> <p><b>SYNOPSIS DESCRIPTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use by date (expiration date) <b>EOREP</b> Authorized Representative in the European Community</li> <li>• LOT# Batch Code <b>EU</b> Consult instructions for use</li> <li>• SN Serial Number <b>IVD</b> In vitro Diagnostics</li> <li>• Temperature Limitations/Storage Temperature range <b>EU</b> Manufacturer</li> </ul> <p><b>zoetis</b></p> <p>Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007 USA Toll-Free: 1-800-520-2028 1-888-953-8471 <a href="http://www.zoetis.com">www.zoetis.com</a> ICP/CE ZOE/FR ZOE/FRANCE 23 Rue Pierre Gilles de Gennes, 69007 Lyon, FRANCE</p> </ul></ul>	<p><b>KIT DE DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE LA DIROFILARIA CANINA</b></p> <p><b>WITNESS   Heartworm</b> <b>ESPAÑOL</b></p> <p><b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b></p> <p>WITNESS® Heartworm detecta el antigénico adulto de D. immitis en sangre o saliva. El test es recomendado para los casos clínicos donde existen síntomas de enfermedad o cuando se sospecha una infestación por larvas de filaria.</p> <p><b>II. PRINCIPIO DE LA MÉTODOS</b></p> <p>WITNESS® Heartworm es un test simple basado en la tecnología de la inmuno-migración rápida (RIM™), que detecta la presencia de adultos D. immitis antigenicos en sangre o saliva. Los muestras sanguinas y plasmáticas que contienen los antigenos de la filaria adulta presentes en el muestra (sangre entera, suero o plasma) migran a lo largo de una membrana.</p> <p>El complejo es capturado en una zona de reacción sensible donde su acumulación provoca la formación de un rubor visible.</p> <p>Una banda roja estable a la extremidad de la ventana de lectura (3) indica que el test fue realizado correctamente.</p> <p><b>III. COLECCIÓN DE MUESTRAS</b></p> <p>El test puede ser realizado sobre un muestra total coagulado con EDTA o heparina, suero, o plasma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siempre coleccione muestras con una aguja y una jeringa estériles.</li> <li>• Evite la hemólisis ya que esto puede interferir con el resultado.</li> <li>• Utilice un tampon estéril para obtener muestras de saliva.</li> <li>• Mantenga las muestras en un frío ambiente.</li> <li>• Salte el tampon con sodio azotato.</li> <li>• No teste saliva.</li> </ul> <p><b>IV. PRE-TEST PREPARACIÓN</b></p> <p>No utilice este kit si el muestra total coagulado, anticoagulado con EDTA o heparina, suero o plasma.</p> <p><b>V. KIT CONTENIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dispositivos de test.</li> <li>• 1 frasco de tampon con líquido de prueba y desinfectante.</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> <li>• Instrucciones para el uso.</li> </ul> <p><b>VI. PROCEDURA DE TEST</b></p> <p>Importante: Dejar que el muestra y gotas de tampon caigan sobre la membrana de la ventana de muestra. No tocar la punta de la jeringa ni el frasco de tampon directamente sobre la membrana.</p> <p><b>1. APLICACIÓN DEL MUESTRA</b></p> <p>• Retire el dispositivo de test y coloque el dispositivo de análisis sobre una superficie horizontal plana.</p> <p><b>2. MIGRACIÓN DEL TAMPON</b></p> <p>• Verifique que la membrana no esté adherida al dispositivo de análisis.</p> <p><b>3. LECTURA DEL RESULTADO</b></p> <p>Al bout de 10 minutos, verificar si se observa una o más bandas rosadas en la ventana de lectura (2) y (3).</p> <p><b>NOTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si es posible leer el test antes de 10 minutos, si se observan 4 bandas rosadas en la ventana de lectura (2) y (3) se considera que el resultado es válido.</li> <li>• Si se observa una sola banda en la ventana de lectura (2), no significa que el resultado sea negativo.</li> </ul> <p><b>VII. RESULTADOS</b></p> <p>Resultados válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un resultado válido es una banda rosada en la ventana de lectura (3).</li> <li>• Interpretación de los resultados:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo: una banda en la ventana de lectura (2), una banda en la ventana de lectura (3) positiva para los anticuerpos de la filaria.</li> <li>• Negativo: no hay ninguna banda en la ventana de lectura (2) y (3).</li> </ul> <p><b>Test no válido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se observa ninguna banda en la ventana de lectura (3).</li> </ul> <p><b>VIII. RESUMEN DE LOS SÍMBOLOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use por fecha de caducidad <b>EOREP</b> Autorizado representante en la Comunidad Europea</li> <li>• LOT# Código de lote <b>EU</b> Consultar las instrucciones de uso</li> <li>• SN Número de serie <b>IVD</b> Dispositivo médico de diagnóstico in vitro</li> <li>• Limitaciones de temperatura (intervalo de temperaturas de conservación) <b>EU</b> Fabricante</li> </ul> <p><b>zoetis</b></p> <p>Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007 USA</p> </ul>
---	---	--

Time/Date: 40016002 Rev. 1 5/5/17 10:35 AM				
Project No.	Artwork/DW No.	Component Material No.	Description	Country
<b>zoetis</b>	<b>14496</b>	<b>50025701</b>	<b>40016002</b> WITNESS Heartworm	<b>US</b>
			Drawing No. <b>Z14-801165</b>	FMS Material No. <b>10014360, 10014381</b>
			DW/Trd/Description <b>Z63/Insert</b>	EDITOR'S COPY GS EDITOR DATE
Additional Info:		Dates		
		PMS 166		
G5 W. Floyd	Rev. 04	PR	CHANGES OK	GS ART REV (EAU)
G8 S. Lewis	4	PR	CHANGES OK	GS ART REV (PAI)
				CHANGES OK

<p><b>KIT DE TESTE DE ANTÍGONO DA DIROFILÁRIA CANINA</b></p> <p><b>WITNESS   Heartworm</b> <b>PORTUGUÊS</b></p> <p><b>I. INFORMAÇÃO GERAL</b></p> <p>WITNESS® Heartworm detecta o antígeno solúvel de D. immitis no sangue de cães e gatos. A utilização é recomendada quando existem história clínica ou suspeita de infecção por larvas de filaria.</p> <p><b>II. PRINCÍPIO DO TESTE</b></p> <p>WITNESS® Heartworm é um teste rápido, baseado na tecnologia de Rápida Imunomigração (RIM™), que detecta a presença de antígenos de adultos D. immitis no sangue ou saliva do cão ou gato. As amostras sanguíneas e plasmáticas que contêm os antígenos de larvas de filaria adultas presentes no amostra (sangue inteiro, suco ou plasma) migram ao longo de uma membrana.</p> <p>O complexo é capturado em uma zona de reacção sensível onde a sua acumulação provoca a formação de uma faixa vermelha.</p> <p>Uma faixa vermelha estável na extremidade da janela de leitura (3) indica que o teste foi realizado corretamente.</p> <p><b>III. COLEÇÃO DA MUESTRA</b></p> <p>Não utilize este kit se o amostra total coagulado, anticoagulado com EDTA ou heparina, suco ou plasma.</p> <p><b>IV. PRE-TESTO DE PREPARAÇÃO</b></p> <p>Este teste não deve ser efectuado em amostras de sangue ou saliva com qualquer tipo de coagulação.</p> <p><b>V. CONTÉNUO DO KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 testes.</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> <li>• 1 recipiente com solução de lavagem.</li> <li>• 1 recipiente com solução de teste.</li> <li>• 1 recipiente com solução de limpeza.</li> <li>• 1 recipiente com solução de esterilização.</li> <li>• 1 recipiente com solução de conservação.</li> </ul> <p><b>VI. INSTRUÇÕES DE USO</b></p> <p>Use por data (data de validade) <b>EOREP</b> Representante autorizado na Europa</p> <p><b>LOT#</b> Código de lote <b>EU</b> Consultar as instruções de uso</p> <p><b>SN</b> Número de série <b>IVD</b> Dispositivo médico de diagnóstico in vitro</p> <p><b>Limitações de temperatura (intervalo de temperaturas de conservação)</b> <b>EU</b> Fábrica</p> <p><b>zoetis</b></p> <p>Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007 USA Toll-Free: 1-800-520-2028 1-888-953-8471 <a href="http://www.zoetis.com">www.zoetis.com</a> ICP/CE ZOE/FR ZOE/FRANCE 23 Rue Pierre Gilles de Gennes, 69007 Lyon, France</p>	<p><b>KIT DE TESTE DE ANTÍGONO DA DIROFILÁRIA CANINA</b></p> <p><b>WITNESS   Heartworm</b> <b>DEUTSCH</b></p> <p><b>I. ALLEGEMEIN INFORMATION</b></p> <p>WITNESS® Heartworm detektiert das Antigen von D. immitis im Blut von Hunden und Katzen. Die Nutzung ist empfohlen, wenn eine Geschichte oder Verdacht auf eine Filarieninfektion besteht.</p> <p><b>II. PRINZIPIELLES DER TEST</b></p> <p>WITNESS® Heartworm ist ein einfacher, auf der Technologie der Rapid Immunno Migratiom (RIM™) beruhender Test, der die Anwesenheit von Antigenen ausgewachsen D. immitis im Blut oder Sekret des Hundes oder der Katze überprüft. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Antikörperreaktionen der Antigenen ausgewachsen D. immitis im Blut oder Sekret des Hundes oder der Katze mit den Antikörperreaktionen der Antikörper gegen die Antigene ausgewachsen D. immitis im Blut oder Sekret der Larven übereinstimmen.</p> <p>Der Test wird an einer sensibilisierten Reaktionsschicht, die auf einer Membran aufgetragen ist, durchgeführt.</p> <p>Das Ergebnis wird durch die Bildung eines roten Bandes an der Endstelle der Lesefenster (3) angezeigt.</p> <p><b>III. SAMMLUNG VON MÜNZEN</b></p> <p>Verwenden Sie kein coaguliertes oder antikoaguliertes Blut oder Serum oder Plasma.</p> <p><b>IV. PRÄ-TEST-PRÄPARATION</b></p> <p>Der Test darf nicht auf einer mit anderen Antikörpern belasteten Membran durchgeführt werden.</p> <p><b>V. KONTENDE DES KITS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Testkit.</li> <li>• 10 x 20<sup>th</sup> folds to 4" x 5"</li> <li>• 1 Flasche mit Lösung für die Reinigung.</li> <li>• 1 Flasche mit Lösung für die Analyse.</li> <li>• 1 Flasche mit Lösung für die Sterilisation.</li> <li>• 1 Flasche mit Lösung für die Aufbewahrung.</li> </ul> <p><b>VI. ANWENDUNG DES KITS</b></p> <p>Wählen Sie die entsprechende Sprachausgabe aus, um die Anwendung des Kits zu verstehen.</p> <p><b>1. AUFTRAGEN DER MÜNZEN</b></p> <p>• Entfernen Sie die Kappe der Pipette ab und tragen Sie die Flüssigkeit auf die Membran auf.</p> <p><b>2. MIGRATION DES PUFFERS</b></p> <p>• Die Probe muss vollständig in der Membran absorbieren sein.</p> <p><b>3. REINIGEN DER PIPETTE</b></p> <p>• Die Kappe der Pipette abnehmen und die Flüssigkeit aus der Pipette ausspielen.</p> <p><b>4. VERARBEITUNG DER MÜNZEN</b></p> <p>• Der Puffer sollte während der Durchführung des Tests auf einer glatten, ebenen Oberfläche gelagert werden.</p> <p><b>5. ERHALTEN DER ERGEBNISSE</b></p> <p>• Eine rote Farbe sollte sofort an der Membran sichtbar werden.</p> <p><b>VI. TEST-ERGEBNISSE</b></p> <p>Die Ergebnisse sind wie folgt zu interpretieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein positiver Test zeigt eine rote Farbe in der Lesefenster (2) und (3).</li> <li>• Ein negativer Test zeigt keine rote Farbe in der Lesefenster (2) und (3).</li> </ul> <p><b>VII. TEST-NEGATIV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein negativer Test ist dann als negativ zu interpretieren, wenn er nicht mit dem Ergebnis eines anderen Tests übereinstimmt.</li> <li>• Ein negativer Test ist dann als negativ zu interpretieren, wenn er nicht mit dem Ergebnis eines anderen Tests übereinstimmt.</li> </ul> <p><b>VIII. TEST-VALIDITÄT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein negativer Test ist dann als negativ zu interpretieren, wenn er nicht mit dem Ergebnis eines anderen Tests übereinstimmt.</li> <li>• Ein negativer Test ist dann als negativ zu interpretieren, wenn er nicht mit dem Ergebnis eines anderen Tests übereinstimmt.</li> </ul> <p><b>zoetis</b></p> <p>Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007 USA</p>	<p><b>KIT DE TESTE DE ANT</b></p>
--	---	-----------------------------------